

	<p><b>ระบุประเด็นโอกาสพัฒนา LAB</b>  <b>สำหรับ รพสต. ใน อำเภอเมืองยะลา</b>  <b>ตามมาตรฐานรพสต. คัดดาว ปี 2561</b></p>
--	---

	<p><b>โอกาสพัฒนา</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจทางห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมหรือการฟื้นฟูทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมาไม่ครบทุกคนหรือการบันทึกประวัติการอบรมไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>2. บันทึกการสอบเทียบเครื่องมือสำคัญ เช่น เครื่องปั่น Hct และนาฬิกาจับเวลา ไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>3. ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบที่ระบุไว้ในคู่มือหรือปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง</li> </ol>

	<p><b>โอกาสพัฒนา</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. การทำ EQA หรือ interlab compare ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่ครบทุกรายการตรวจหรือไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>5. จัดทำหลักฐานการบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีการระบุวันหมดอายุน้ำยาหรือระบุไม่ถูกต้อง</li> <li>6. จัดวางเครื่องปั่นในจุดที่ไม่มั่นคง หรือไม่เหมาะสม</li> <li>7. ใช้พื้นที่ตรวจ ร่วมกับงานอื่น</li> <li>8. ไม่มีระบบการดำเนินการกรณีผล IQC /EQA ออกนอกเกณฑ์ยอมรับ</li> </ol>

	<p><b>โอกาสพัฒนา</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. ไม่มีระบบการดำเนินการกรณีผล IQC /EQA ออกนอกเกณฑ์ยอมรับ</li> <li>10. ไม่พบคำสั่งแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาด้านแล็บหรือไม่มีหลักฐานการขอรับคำปรึกษา</li> <li>11. ไม่มีการใช้นาฬิกาจับเวลาในการทดสอบหรือใช้ยังไม่ถูกต้อง</li> <li>12. กรณีทดสอบเอง ไม่ได้เขียนชื่อ สกุลที่ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ</li> </ol>